

duction de la dose et amélioration de la qualité des images en M

Aymeric ROUCHAUD, Nidhal BENACHOUR, Léon IKKA, Cristian MIHALEA, Noura BELHEDI, Laurent SPELLE, Jacques MORET.



Comparaison des dosimétries avant et après Clarity:

70 Patients: 23 artériographies, 18 anévrysmes, 11 MAV, 18 autres.

Analyse du PDS et de la dose à la peau. Dosimétrie des examens rapportée au nombre d'images.

Mesure de la réduction de dose par rapport au système Allura (100 % de dose)

- 71%
de rayons X



Acquisition classique



Acquisition Clarity IQ